



河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: DCZT17-JZ0486

Certificate No.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L 1075

客户名称 新疆维吾尔自治区煤矿矿用安全产品检验中心
Name of Applicant

客户地址 乌鲁木齐市南昌路 131 号
Address

器具名称 绝缘油介电强度测试仪

Name of Measuring Instruments
型号/规格 FS2080
Type/size

出厂编号 2017031180325
Name of Applicant

制造单位 武汉世纪华胜科技有限公司
Manufacturer

校准技术依据 JJG(冀)112-2012 绝缘油介电强度测试仪检定规程
Reference Documents for the Calibration

批准人
Authorized by

核验员
Inspector

校准员
Operator

校准日期
Issued Date

2017 年 03 月 14 日
Year Month Day

地址 (Add): 石家庄市友谊南大街 175 号

电话 (Tel): 0311-88606665 (检测业务部)

0311-88606666 (客户服务中心)

邮编 (Post Code): 050051

传真 (Fax): 0311-88606665

E-mail: hbjl_ywb@163.com



河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

证书编号 DCZT17-JZ0486

校准机构授权说明:

本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。

法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2012)01012号。

本实验室质量管理体系符合 ISO/IEC 17025 标准的要求,并经中国合格评定国家认可委员会认可,认可证书号为 CNAS L1075。

本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

校准环境条件及地点:

温度	20℃	地点	B座楼209房间
相对湿度	52%	其他	/

校准使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至
电压互感器	(0~110) kV	0.02级	201530291	2017年10月29日



河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

证书编号 DCZT17-JZ0486

校准结果

输出电压:

显示值(kV)	实际值(kV)
10.2	10.27
20.4	20.49
30.4	30.52
40.5	40.63
50.5	50.61
60.6	60.72
70.6	70.74
80.5	80.65

测量结果的不确定度: $U_{rel} = 0.3\%$, $k=2$

以下空白

- 提示:
1. 该计量器具修理后, 应立即校准。
 2. 在使用过程中, 如对该计量器具的计量性能产生怀疑, 应重新校准。
 3. 根据客户要求或校准文件的规定, 正常使用情况下 12 个月校准一次; 如使用过于频繁或使用环境过于恶劣等, 建议缩短校准间隔。
 4. 未经本实验室书面批准, 本证书不得部分复印。